



Procédure de désinfection pour les salles en imagerie médicale

Contact/Gouttelette/protection oculaire

1. Enlever gants et blouse, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.
2. Mettre gants neufs et blouse propre, désinfecter ce qui est contaminé avec des lingettes Oxivir.
3. Retirer les gants, retirer la blouse, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA et enlever protection oculaire et masque de protection, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.

Aérienne/contact/protection oculaire Sortir matériel

1. Enlever gants et blouse, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.
2. Retirer protection oculaire, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA, sortir de la salle.
3. Retirer le masque N-95 de façon sécuritaire.
4. Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.
5. Attendre le temps requis pour les changements d'air (se référer à la charte de changements d'air). Important, ne pas entrer dans la salle tant que le changement d'air n'est pas terminé.
6. Mettre gants neufs, blouse propre, lunettes de protection, masque et désinfecter ce qui est contaminé avec des lingettes Oxivir.
7. Retirer les gants, retirer la blouse, procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.
8. Appeler l'entretien pour la désinfection des couvre-sol sauf la salle de l'IRM.